

Toruń, 12.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IoT-1

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym projektem pn. „OPTIGUARD IoT SYSTEM”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uprzejmie proszę o przesłanie oferty na zakup poniższego sprzętu:

1. Analizator widma do pomiarów EMC przedcertyfikacyjnych (1 szt.) o następujących parametrach:

- zakres częstotliwości: 5 kHz do 3 GHz;
- RBW (rozdzielczość przepustowości): 1 Hz do 3 MHz;
- DANL (Średni poziom szumu):
 - < -142 dBm, typ. -150 dBm (without preamplifier);
 - < -158 dBm, typ. -165 dBm (with preamplifier);
- TOI/IP3: > +7 dBm (meas.);
- niepewność pomiaru (100MHz): < 0.3 dB (+20 °C to +30 °C);
- wejściowa impedancja: 50 Ohm;
- wyświetlacz: nie mniejszy niż 25.7 cm (10.1") color display;
- rozdzielczość wyświetlacza: nie mniejsza niż 1366 × 768 pikseli;
- złącza: LAN, USB, WiFi,
- wymagany analizator wektorowy.

Oferta musi zawierać koszt dostawy oferowanych pozycji do siedziby pytającego (Optiguard Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń) oraz przewidywany czas dostawy.

Proszę o potwierdzenie, że oferowane przez Państwa towary w 100% spełniają wymagania przedstawione w powyższej specyfikacji.

Kryterium wyboru oferty: cena (waga 100%).

Oferty proszę przysyłać na adres: j.milczarek@optiguard.pl.

Termin nadsyłania ofert: 13.09.2018, godz. 16.00.

„UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę”.